

## 入札公告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号）第8条の規定に基づき公告します。

令和3年11月4日

新潟市長 中原 八一

### 1 入札に付する事項

(1) 品名	自動核酸抽出装置およびリアルタイムPCRシステム
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり 1式
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市財務部契約課
(4) 入札日時・場所	令和3年11月29日 午後1時30分 新潟市役所本館2階 契約課入札室
(5) 履行期限・履行場所	令和4年2月10日 新潟市衛生環境研究所（新潟市西区小新2151番地1）
(6) 入札保証金	新潟市契約規則第10条第2号により免除
(7) 入札を無効とする場合	新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(8) 入札を中止とする場合	新潟市契約規則第19条の規定に該当する場合には、入札を中止することがあります。
(9) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置	談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、前項の規定によるほか、抽選により入札者を決定するなどの場合があります。
(10) 契約保証金	新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。
(11) 予定価格	公表しません。
(12) 最低制限価格	設けません。

(13) 契約締結について議会の議決を要するための仮契約	無
------------------------------	---

## 2 入札参加資格の要件

- (1) 新潟市内に本社（店）、支店または営業所があり、かつ、当該本支店等が本市の入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表第2の9（暴力的不法行為）の適用に該当しない者であること。

## 3 入札の参加手続

- (1) 一般競争入札参加申請書（別記様式第2号）を2部持参し、提出してください。  
なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。
- (2) 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係  
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1  
新潟市役所本館2階  
電話 025-226-2213  
FAX 025-225-3500
- (3) 入札参加申請期限 令和3年11月18日
- (4) 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前9時～午後5時  
(土・日・祝日を除く)

## 4 質疑書の提出について

説明会を開催しませんので、質疑事項がある場合は、下記により、必ず質疑書を提出してください。提出は、入札参加資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出してください。

- ① 様式 別紙様式に準じて作成してください。
- ② 提出期限 令和3年11月12日 午後5時まで
- ③ 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係
- ④ その他 電話での受付は一切しません。  
FAX（025-225-3500）のみの受付となります。  
回答は、個別にFAXするほか11月17日までに入札控室に掲示します。  
連絡用に返信用FAX番号を記入願います。  
質疑書には、正確な番号及び品名を記入願います。

## 5 入札時の注意事項

- ① 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
- ② 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。
- ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金額の訂正は無効とします。
- ④ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出てください。
- ⑤ 入札に参加される人は、原則1名とします。
- ⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を一回行います。

## 6 落札者の決定

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。

一般競争入札参加申請書

年 月 日

(宛先) 新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

商号又は名称

代表者氏名

(押印不要)

担当者

(電話番号

)

(FAX番号

)

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第5条第1項の規定により申請します。

記

公告年月日	令和3年11月4日
番 号	新潟市公告第538号
品 名	自動核酸抽出装置およびリアルタイム PCR システム

別紙様式

質 疑 書

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

(押印不要)

(担当者

)

(FAX番号

)

1 番 号 新潟市公告第538号

2 品 名 自動核酸抽出装置およびリアルタイムPCRシステム

質 疑 事 項

--

## 機器仕様書

### 1 名称

自動核酸抽出装置およびリアルタイム PCR システム

### 2 品名／メーカー／製品番号／数量

品名	メーカー	製品番号	数量
King Fisher Apex 96DeepWell プレートヘッド (ヒートブロック含む)	サーモフィッシャー サイエンティフィック	5400930	一 式
Quant Studio 3 リアルタイム PCR システム Fast 96Well PC 付パッケージ	サーモフィッシャー サイエンティフィック	QS3-96F- TIP	一 式

### 3 納期

令和 4 年 2 月 1 0 日までの指定日

(新潟市衛生環境研究所と打ち合わせの上、決定)

### 4 納品場所

新潟市西区小新 2 1 5 1 番地 1

新潟市衛生環境研究所 2 階 高規格検査室・機器分析室

### 5 設置条件

- (1) 指定された場所に、必要な電気配線等一切を含めて据付調整し、使用可能な状態にすること。使用可能な状態とは、「6 検収条件」を満たすことをいう。
- (2) 装置の設置にあたり電源、配線等を必要とする場合は、納入者の負担で行うこと。
- (3) 納品後も安定して稼働できるよう、事前に設置場所を新潟市衛生環境研究所と協議すること。

### 6 検収条件

- (1) 自動核酸抽出装置により、既知の陽性検体（唾液、咽頭ぬぐい液、喀痰等）から COVID-19 ウイルス RNA を抽出・精製し、陽性を確認できること。精度はカラム精製法と大きく相違ないこと。
- (2) リアルタイム PCR システム測定において、陽性コントロール（N2/S2）の増幅曲線の立ち上がりが 50 コピーで 40 サイクル以内であること。  
なお、上記(1)(2)において、必要な消耗品類は新潟市衛生環境研究所が用意したものを使用すること。

### 7 保守及び点検

- (1) 保証期間は設置後 1 年間とし、必要に応じ調整等を行うこと。

- (2) 納品後においても稼働に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
- (3) 機器の故障等不具合に際しては、技術員を派遣するなど速やかに復元に向けて対処すること。なお、原因や修理内容等について報告書を提出すること。

## 8 研修及びサポート体制

- (1) 機器設置調整後、速やかに設置場所において装置の操作及び維持管理に関する研修を実施すること。
- (2) 設置後1年以内に、必要に応じ再研修を実施すること。研修内容および日程については、新潟市衛生環境研究所と協議して決定すること。
- (3) 取扱説明書は日本語版で1部以上提供すること。
- (4) 日本国内で、技術相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

## 9 その他

契約終了後、この契約に関する業務評価をいたします。納品終了後、納品書を提出してください。

## 10 問い合わせ

入札に関する質問は、下記問い合わせ先にファックス又は電子メールでお願いします。電話での質問にはお答えできません。

新潟市財務部契約課 物品契約係

FAX：025-225-3500

電子メール：keiyaku@city.niigata.lg.jp